CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310048**
CÓDIGO / CODE **110135**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **1080075M**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **BILIRRUBINA DIRETA R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)**

KIT
LOTE / LOT: 1101352373
DATA DE FABR./MANUF. DATE 05/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2024

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1080020R1M
LOTE / LOT: 1101362370
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2024

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1080015R2M
LOTE / LOT: 1101372371
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1 (25 oC)	1 - 1.2	1.19
pH R2 (25 oC)	0 - 0.2	0.18
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0 - 0.03	0.001
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 546 nm	0 - 0.03	0.002
TRULAB N - 31253 (mg/dL)	0.640 - 1.09	0.90
TRULAB P - 31254 (mg/dL)	1.41 - 2.39	1.85

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Andréa Araújo de Souza e Silva
Controle de Qualidade / Quality Control