

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310073
CÓDIGO / CODE	107366
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1120075K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	PROTEINA TOTAL R1 3X20ML + R2 1X15ML + 1X3ML PADRAO
	KIT
LOTE / LOT:	10736623191
DATA DE FABR./MANUF. DATE	05/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	12/2024
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1120020R1K
LOTE / LOT:	10737823107
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	03/2025
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1120015R2K
LOTE / LOT:	10737923105
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	03/2025
	PADRÃO / STANDARD
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1120001P
LOTE / LOT:	10737122119
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	12/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS LIQUID	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO AZUL - CLEAR BLUE LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC) R1	12.6 - 13.0	12.78
pH (25 oC) R2	13.1 - 13.5	13.22
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0.000 - 0.030	0.000
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 546nm	0.030 - 0.060	0.047
TRULAB N - LOTE: 31253 (g/dL)	5.59 - 6.97	6.05
TRULAB P - LOTE: 31254 (g/dL)	7.31 - 9.12	7.92

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Andréa Araújo de Souza e Silva
Controle de Qualidade / Quality Control