

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>MS ANVISA</b>                    | <b>80115310073</b>   |
| <b>CÓDIGO / CODE</b>                | <b>107366</b>  |
| <b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b> | <b>1120075K</b>  |
| <b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>      | <b>PROTEINA TOTAL R1 3X20ML + R2 1X15ML + 1X3ML PADRAO</b> |
|                                     | <b>KIT</b>   |
|                                     | LOTE / LOT: 10736623192                                    |
|                                     | DATA DE FABR./MANUF. DATE: 05/2023                         |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2025                    |
|                                     | <b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>                              |
|                                     | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1120020R1K                   |
|                                     | LOTE / LOT: 10737823107                                    |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2025                    |
|                                     | <b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>                              |
|                                     | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1120015R2K                   |
|                                     | LOTE / LOT: 10737923105                                    |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2025                    |
|                                     | <b>PADRÃO / STANDARD</b>                                   |
|                                     | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1120001P                     |
|                                     | LOTE / LOT: 10737123121                                    |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2025                    |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION              | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                     | RESULTADO / RESULTS |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1              | LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS LIQUID         | CONFORME/ACCORDING  |
| APARENCIA/APPEARANCE R2              | LIMPIDO AZUL - CLEAR BLUE LIQUID                  | CONFORME/ACCORDING  |
| ODOR/ODOUR R1                        | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | CONFORME/ACCORDING  |
| ODOR/ODOUR R2                        | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | CONFORME/ACCORDING  |
| pH (25 oC) R1                        | 12.6 - 13.0                                       | 12.78               |
| pH (25 oC) R2                        | 13.1 - 13.5                                       | 13.22               |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm   | 0.000 - 0.030                                     | 0.000               |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 546nm | 0.030 - 0.060                                     | 0.047               |
| TRULAB N - LOTE: 31253 (g/dL)        | 5.59 - 6.97                                       | 6.05                |
| TRULAB P - LOTE: 31254 (g/dL)        | 7.31 - 9.12                                       | 7.92                |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Andréa Araújo de Souza e Silva**  
**Controle de Qualidade / Quality Control**