

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310210
CÓDIGO / CODE 111227
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1120200RWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION PROTEINA TOTAL WS R1 4 X 38,6 ML + R2 4 X 11,4 ML (RESPONS)

KIT
LOTE / LOT: 1112272336
DATA DE FABR./MANUF. DATE 05/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2025

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1120050TWS
LOTE / LOT: 1112262336
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2025

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1120050TWS
LOTE / LOT: 1112262336
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS LIQUID	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO AZUL - CLEAR BLUE LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC) R1	12.6 - 13.0	12.78
pH (25 oC) R2	13.1 - 13.5	13.22
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0.000 - 0.030	0.000
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 546nm	0.030 - 0.060	0.047
TRULAB N - LOTE: 31253 (g/dL)	5.59 - 6.97	6.05
TRULAB P - LOTE: 31254 (g/dL)	7.31 - 9.12	7.92

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Andréa Araújo de Souza e Silva
Controle de Qualidade / Quality Control