

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| MS ANVISA | 80115310051 |
| CÓDIGO / CODE | 107083 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 2050075K |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | TGP (ALAT) R1 3X20ML + R2 1X15ML |
| | KIT |
| | LOTE / LOT: 10708323215 |
| | DATA DE FABR./MANUF. DATE: 05/2023 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2024 |
| | REAGENTE 1 / REAGENT 1 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2050020R1K |
| | LOTE / LOT: 10722323161 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2024 |
| | REAGENTE 2 / REAGENT 2 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2050015R2K |
| | LOTE / LOT: 10722423168 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2024 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS | Conforme/According |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIQUIDO LIMPIDO LEVEMENTE AMARELADO - CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH LIQUID | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH (37 oC) R1 | 7.05 - 7.25 | 7.06 |
| pH (25 oC) R2 | 9.50 - 9.70 | 9.63 |
| pH (37 oC) R1 + R2 | 7.05 - 7.25 | 7.12 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm | 0.00 - 0.03 | 0.008 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 340 nm | 1.80 - 1.95 | 1.906 |
| TRULAB N - LOTE: 31253 (U/L) | 39.4 - 63.0 | 51.9 |
| TRULAB P - LOTE: 31254 (U/L) | 92.0 - 147 | 117.5 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Andréa Araújo de Souza e Silva
Controle de Qualidade / Quality Control