

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310051
CÓDIGO / CODE	111197
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2050179.2R
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	TGP (IFCC) R1 4 X 34,5ML + R2 4 X 10,3ML (RESPONS)
	KIT
LOTE / LOT:	1111972360
DATA DE FABR./MANUF. DATE	05/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	07/2024
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2050044.8T
LOTE / LOT:	1111962361
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	07/2024
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2050044.8T
LOTE / LOT:	1111962361
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	07/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO LEVEMENTE AMARELADO - CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (37 oC) R1	7.05 - 7.25	7.09
pH (25 oC) R2	9.50 - 9.70	9.56
pH (37 oC) R1 + R2	7.05 - 7.25	7.08
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.00 - 0.03	0.008
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 340 nm	1.80 - 1.95	1.916
TRULAB N - LOTE: 31253 (U/L)	39.4 - 63.0	47.5
TRULAB P - LOTE: 31254 (U/L)	92.0 - 147	112.6

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Andréa Araújo de Souza e Silva
Controle de Qualidade / Quality Control