CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310207**
CÓDIGO / CODE **110185**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **1060180MWS**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **TRIGLICERIDEOS GPO-PAP WS 6X30ML**

KIT
LOTE / LOT: 1101852359
DATA DE FABR./MANUF. DATE 06/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2024

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1060030MMWS
LOTE / LOT: 1101862358
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.1 - 7.3	7.20
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.080	0.061
TRULAB N - LOTE: 31253 (mg/dL)	72.6 - 104	85.63
TRULAB P - LOTE: 31254 (mg/dL)	143 - 205	165.27
TRULAB L - LOTE: 32552 (mg/dL)	85.8 - 129	105.85

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Andréa Araújo de Souza e Silva
Controle de Qualidade / Quality Control