

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310087
CÓDIGO / CODE	107836
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	3050050K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	CAPAC. DE LIG. DO FERRO NAO SAT. UIBC 2X20ML + 1X10 ML
	KIT
	LOTE / LOT: 10783623116
	DATA DE FABR./MANUF. DATE 05/2023
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2024
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3050020R1K
	LOTE / LOT: 10783023101
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2024
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3050010R2K
	LOTE / LOT: 10783223101
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO A OPACO, INCOLOR A AMARELADO - CLEAR TO OPALESCENT, COLOURLESS TO YELLOWISH	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	ODOR CARACTERISTICO - CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SULFUROSO - SULPHUROUS	Conforme/According
pH (25 oC) R1	8.60 - 8.80	Conforme/According
pH (25 oC) R2	2,40 - 2,60	Conforme/According
TRULAB N - LOTE: 31253 (ug/dL)	209 - 314	255.6

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Andréa Araújo de Souza e Silva
Controle de Qualidade / Quality Control