

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|--|
| MS ANVISA | 80115310093 |
| CÓDIGO / CODE | 110132 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 2080075M |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ALFA-AMILASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA) |
| KIT | |
| LOTE / LOT: | 1101322396 |
| DATA DE FABR./MANUF. DATE | 06/2023 |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 10/2024 |
| REAGENTE 1 / REAGENT 1 | |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE: | 2080020R1M |
| LOTE / LOT: | 1101332384 |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 10/2024 |
| REAGENTE 2 / REAGENT 2 | |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE: | 2080015R2M |
| LOTE / LOT: | 1101342387 |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 10/2024 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS | Conforme/According |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIMPIDO, AMARELO PALIDO - CLEAR, PALE YELLOW | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH (37 oC) R1 | 7.05 - 7.25 | Conforme/According |
| pH (37 oC) R2 | 7.05 - 7.25 | Conforme/According |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405 nm | 0.000 - 0.030 | Conforme/According |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405 nm | 0.020 - 0.100 | Conforme/According |
| TRULAB N - LOTE 31253 (U/L) | 55.5 - 83.2 | 70.13 |
| TRULAB P - LOTE 31254 (U/L) | 190 - 285 | 235.73 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Andréa Araújo de Souza e Silva
Controle de Qualidade / Quality Control