CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	**80115310038**
CÓDIGO / CODE	**107091**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	**1040250K**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	**GLICOSE GOD-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO**

KIT

LOTE / LOT:	10709123208
DATA DE FABR./MANUF. DATE	06/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	01/2025

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1040250MK
LOTE / LOT:	10719523199
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	01/2025

PADRÃO / STANDARD

COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1040003P
LOTE / LOT:	10725523128
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	04/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.51
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.003
TRULAB N - LOTE: 31253 (mg/dL)	75.0 - 104	93.6
TRULAB P - LOTE: 31254 (mg/dL)	244 - 337	290.2

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Andréa Araújo de Souza e Silva
Controle de Qualidade / Quality Control