CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310103**
CÓDIGO / CODE **110171**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **2100075M**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **LDH DGKC R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)**

KIT
LOTE / LOT: 1101712355
DATA DE FABR./MANUF. DATE 06/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2024

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2100020R1M
LOTE / LOT: 1101722353
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2024

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2100015R2M
LOTE / LOT: 1101732353
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO E INCOLOR - CLEAR CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO E INCOLOR - CLEAR CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	7.35 - 7.55	7.45
pH (25 oC) R2	9.50 - 9.70	9.54
pH (25 oC) R1+ R2	7.40 - 7.60	7.55
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.000 - 0.030	0.015
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm	1.100 - 1.500	1.428
TRULAB N - LOTE: 31253 (U/L)	204 - 293	246.6
TRULAB P - LOTE: 31254 (U/L)	428 - 615	520.4

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Andréa Araújo de Souza e Silva
Controle de Qualidade / Quality Control