

CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310073
CÓDIGO / CODE	112047
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1120100.01K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	PROTEINA TOTAL R1 3X26,67ML + R2 1X20ML + 1X3ML PADRAO
KIT	
LOTE / LOT:	112047232
DATA DE FABR./MANUF. DATE	06/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	03/2025
REAGENTE 1 / REAGENT 1	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	112026.67R1K
LOTE / LOT:	112058232
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	03/2025
REAGENTE 2 / REAGENT 2	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1120020R2K
LOTE / LOT:	112059232
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	03/2025
PADRÃO / STANDARD	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1120001P
LOTE / LOT:	10737123121
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	09/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS LIQUID	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO AZUL - CLEAR BLUE LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC) R1	12.6 - 13.0	12.78
pH (25 oC) R2	13.1 - 13.5	13.22
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0.000 - 0.030	0.000
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 546nm	0.030 - 0.060	0.047
TRULAB N - LOTE: 31253 (g/dL)	5.59 - 6.97	6.05
TRULAB P - LOTE: 31254 (g/dL)	7.31 - 9.12	7.92

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Andréa Araújo de Souza e Silva
Controle de Qualidade / Quality Control