

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310210
CÓDIGO / CODE 109386
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1120250KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION PROTEINA TOTAL WS R1 5X40ML + R2 1X50ML

KIT

LOTE / LOT: 1093862382
DATA DE FABR./MANUF. DATE 06/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2025

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1120040R1KWS
LOTE / LOT: 1093892381
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2025

REAGENTE 2 / REAGENT 2

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1120050R2KWS
LOTE / LOT: 1093902381
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2025

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS LIQUID | CONFORME/ACCORDING |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIMPIDO AZUL - CLEAR BLUE LIQUID | CONFORME/ACCORDING |
| ODOR/ODOUR R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | CONFORME/ACCORDING |
| ODOR/ODOUR R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | CONFORME/ACCORDING |
| pH (25 oC) R1 | 12.6 - 13.0 | 12.78 |
| pH (25 oC) R2 | 13.1 - 13.5 | 13.22 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm | 0.000 - 0.030 | 0.000 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 546nm | 0.030 - 0.060 | 0.047 |
| TRULAB N - LOTE: 31253 (g/dL) | 5.59 - 6.97 | 6.05 |
| TRULAB P - LOTE: 31254 (g/dL) | 7.31 - 9.12 | 7.92 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Andréa Araújo de Souza e Silva
Controle de Qualidade / Quality Control