

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310107
CÓDIGO / CODE 107799
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 5021000K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION SOLUCAO DE SISTEMA PARA AUTOMACAO BIOQUIMICA 1000ML

FRASCO / BOTTLE
LOTE / LOT: 10779923109
DATA DE FABR./MANUF. DATE 06/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS	Conforme/According
PH (25 oC)	6.00 - 8.00	7.10

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Andréa Araújo de Souza e Silva
Controle de Qualidade / Quality Control