

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310248
CÓDIGO / CODE 111471
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1180003KC
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TOPKAL COBRE 1X3ML

KIT
LOTE / LOT: 1114712313
DATA DE FABR./MANUF. DATE 06/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2026

CALIBRADOR / CALIBRATOR
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1180003C
LOTE / LOT: 1114702311
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	CONFORME/ACCORDING
CONCENTRACAO (ug/dL)	-	CONFORME/ACCORDING
TRULAB N - LOTE: 31253 (ug/dL)	106 - 158	115.6
TRULAB P - LOTE: 31254 (ug/dL)	216 - 324	255.3

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Andréa Araújo de Souza e Silva
Controle de Qualidade / Quality Control