



Lorne Laboratórios Ltda

Unidade 1 Cutbush Park Industrial
Estate Danehill, Lower Earley,
Berkshire RG6 4UT, Reino Unido

Número do documento: F031

Nível de Revisão: 01

Data: 31 AGO 2022

Título: CERTIFICADO DE ANÁLISE

Número de página: 1 de 1

Certificado de Análise

PRODUTO	Reagente Monoclonal Anti-C para Grupos Sanguíneos
NÚMERO DO LOTE	690115-A1 e todos os sublotes (ou seja, 690115-A2, 690115-A3, 690115-A4, Etc)
DATA DE FABRICAÇÃO	10/03/2023
DATA DE VALIDADE	10/03/2025
CORANTE	Nenhum
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO	Refrigerar a 2 – 8°C
CARGA BIOLÓGICA	Produto filtrado através de um filtro estéril de 0,2 µm. O reagente não é estéril.
CONSERVANTE	< 0,1% Azida de Sódio m/v

CONTROLE DE QUALIDADE:

POTÊNCIA:		Teste em Tubo	Cartão BioVue	Cartão Diamed	Microplaca
	Células R_{1r}	1 em 64	1 em 256	1 em 512	1 em 256
AVIDEZ: (1 ^o sinal de aglutinação)	Células R_{1R₂}	7 segundos	Células r'r 5 segundos	Células R_{1r} 8 segundos	
ESPECIFICIDADE:	Fenótipos positivos		Fenótipos negativos		
	Células R_{1R₂}	Grau 5	Células R 2R₂	Negativo	
	Células r'r	Grau 5	Células r''r	Negativo	
	Células R_{1r}	Grau 5	Células rr	Negativo	

DECLARAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE

As características (potência e especificidade) deste lote de Anti-C estão em conformidade com as especificações declaradas na edição atual das "Diretrizes para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido" e as Especificações Técnicas Comuns (CTS)

Revisor:	Coordenadora de Assessoria Científica
Assinatura:	<i>Alessandra Pereira</i>
Data:	25 de agosto de 2023



Lorne Laboratories Ltd.
 Unit 1 Cutbush Park Industrial Estate
 Danehill, Lower Earley,
 Berkshire RG6 4UT, UK

Document Number: F031	Revision Level: 01	Date: 31 AUG 2022
Title: CERTIFICATE OF ANALYSIS		Page Number: 1 of 1



Certificate of Analysis

(See LOR006 for Methodology)

PRODUCT	Anti-C Monoclonal Blood Grouping Reagent
LOT NUMBER	690115-A1 and all sub-lots (i.e 690115-A2, 690115-A3, 690115-A4, etc)
DATE OF MANUFACTURE	2023-03-10
DATE OF EXPIRY	2025-03-10
DYE	None
STORAGE CONDITIONS	Refrigerate at 2 – 8°C
BIOBURDEN	Product filtered through a sterile 0.2 µm filter. The reagent is not sterile.
PRESERVATIVE	< 0.1% Sodium Azide w/v

QUALITY CONTROL:

POTENCY:		Tube Test	BioVue Card	Diamed Card	Microplate
	R₁r Cells	1 in 64	1 in 256	1 in 512	1 in 256
AVIDITY: (1st sign of agglutination)	R₁R₂ Cells	7 seconds	r'r Cells 5 seconds	R₁r Cells 8 seconds	
SPECIFICITY:	Positive Phenotypes		Negative Phenotypes		
	R₁R₂ Cells	Grade 5	R₂R₂ Cells	Negative	
	r'r Cells	Grade 5	r''r Cells	Negative	
	R₁r Cells	Grade 5	rr Cells	Negative	

QUALITY CONTROL STATEMENT	The characteristics (potency and specificity) of this lot of Anti-C conform to the specifications stated in the current issue of "The Guidelines for the Blood Transfusion Services in the UK" and the Common Technical Specifications (CTS)
----------------------------------	--

Title	Quality Assurance Coordinator
Signature	Pradeepthy Anasuri <small>Digitally signed by Pradeepthy Anasuri Date: 2023.04.05 11:07:06 +01'00'</small>
Date:	05 APR 2023