

CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310093
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ALFA-AMILASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML
LOTE / LOT: 10793023224
DATA DE FABR./MANUF. DATE 05/10/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/03/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ALFA-AMILASE G7 R1 20ML
LOTE / LOT: 10793123162
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/03/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ALFA-AMILASE G7 R2 15ML
LOTE / LOT: 10793323165
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/03/2025

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1 | LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS | Conforme/According |
| Aparencia / Appearance R2 | LIMPIDO, LEVEMENTE AMARELADO/CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH | Conforme/According |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According |