CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310054
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	FOSFATASE ALCALINA IFCC R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)
LOTE / LOT:	1101572372
DATA DE FABR./MANUF. DATE	28/08/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	07/11/2024
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	FOSFATASE ALCALINA IFCC R1 20ML (MIURA)
LOTE / LOT:	1101582367
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	07/11/2024
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	FOSFATASE ALCALINA IFCC R2 15ML (MIURA)
LOTE / LOT:	1101592368
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	08/11/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	LEVE ODOR DE AMINAS/SLIGHT SMELL AMINES	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	10.4 (10.3-10.5)	10,40
pH R2	9.0 (8.9-9.1)	9,01
pH R1 + R2	10.4 (10.3-10.5)	10,39
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0,002
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.45 (0.300-0.600)	0,474
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

Nayane Lima
Controle de Qualidade / Quality Control