CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310254
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	GAMA GT R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)
LOTE / LOT:	1117962334
DATA DE FABR./MANUF. DATE	23/08/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	22/10/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	GAMA GT R2 15ML (MIURA)
LOTE / LOT:	1117982333
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	01/11/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	GAMA GT R1 20ML (MIURA)
LOTE / LOT:	1117972333
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	22/10/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO E AMARELADO/CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	8.28 (8.18-8.38)	8,30
pH R2	6.00 (5.90-6.10)	6,07
pH R1 + R2	8.25 (8.15-8.35)	8,29
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0,0010
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.550 (0.450-0.650)	0,5310
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

Nayane Lima
Controle de Qualidade / Quality Control