CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310157
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	SOLUCAO DE PH 14 - 500 ML
LOTE / LOT:	1080292377
DATA DE FABR./MANUF. DATE	06/10/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	03/10/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	GRANEL DE SOLUCAO PH 14
LOTE / LOT:	1102432352
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	03/10/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO INCOLOR/CLEAR COLOURLESS	Conforme/According
pH	13,5 (13,0-14,0)	13,40
Densidade / Density	1,08 (1,07-1,09)	1,08

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

Nayane Lima
Controle de Qualidade / Quality Control