

CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310051
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TGP (ALAT) R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)
LOTE / LOT: 1101822396
DATA DE FABR./MANUF. DATE 27/09/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/10/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TGP (ALAT) R1 20ML (MIURA)
LOTE / LOT: 1101832391
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/11/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TGP (ALAT) R2 15ML (MIURA)
LOTE / LOT: 1101842389
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/10/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0,008
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,875 (1,800-1,950)	1,932
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO LEVEMENTE AMARELADO/CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According
pH R1	7.15 (7.05-7.25)	7,10
pH R1 + R2	7.15 (7.05-7.25)	7,13
pH R2	9.60 (9.50-9.70)	9,66

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.