

## CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310051  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** TGP (IFCC) R1 4 X 34,5 ML + R2 4 X 10,3 ML (RESPONS)  
**LOTE / LOT:** 1111972363  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 29/08/2023  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 16/10/2024

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** TGP (IFCC) R1 34,5 ML + R2 10,3 ML  
**LOTE / LOT:** 1111962364  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 16/10/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO LEVEMENTE AMARELADO/CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7.15 (7.05-7.25)	7,10
pH R2	9.60 (9.50-9.70)	9,66
pH R1 + R2	7.15 (7.05-7.25)	7,13
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0,008
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,875 (1,800-1,950)	1,932
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.