

Controle de Microalbuminúria

MS 80115310075



Art.: 4150002KC (2 x 1 mL)

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent

Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

Em caso de mudança de valores e instruções de uso, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/controle-microalbuminuria/>

En caso de cambio de valores e instrucciones de uso, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/controle-microalbuminuria/>

*Os limites de referência foram calculados com 3 desvios padrões.

*Los límites de referencia se calcularon con 3 desviaciones estándar.

LOT 1077272365

Artigo
4150001C

07-2026

Produto	Método	Níveis	Valor Médio	Limites de referência*		1 SD	Unidade
Producto	Método	Niveles	Valor medio	Límites de referencia*		1 SD	Unidad
Controle de Microalbuminúria	ERM-DA470k/IFCC	1	200	170	- 230	10	mg/L



Kovalent do Brasil Ltda

Rua Cristóvão Sardinha, 110 - Jardim Bom Retiro

São Gonçalo - RJ - Brasil

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

Tel.: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414

E-mail: sac@kovalent.com.br