

CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310275
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION PCR HL R1 2X40 ML + R2 2X8 ML
LOTE / LOT: 112590233
DATA DE FABR./MANUF. DATE 10/10/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/09/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PCR HL R2 8 ML
LOTE / LOT: 112598233
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 17/08/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PCR HL R1 40 ML
LOTE / LOT: 112597233
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/09/2024

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1 | LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS | Conforme/According |
| Aparencia / Appearance R2 | CLARO A LEVEMENTE OPALESCENTE, AMARRONZADO /CLEAR TO SLIGHTLY OPLALESCENT, BROWNISH | Conforme/According |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According |