

## CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310149  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION MIURA SYSTEM SOL. FOR PROBE 1000ML  
LOTE / LOT: 1083132370  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 01/11/2023  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 25/10/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: GRANEL MIURA SYSTEM SOL. FOR PROBE  
LOTE / LOT: 1083122370  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 25/10/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO INCOLOR/CLEAR COLOURLESS	Conforme/According
Concentracao / Concentration HCl	1,03 (0,98-1,08)	1,00