

CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310051
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TGP (ALAT) R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)
LOTE / LOT: 1101822397
DATA DE FABR./MANUF. DATE 08/11/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 27/12/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TGP (ALAT) R1 20ML (MIURA)
LOTE / LOT: 1101832392
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 27/12/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TGP (ALAT) R2 15ML (MIURA)
LOTE / LOT: 1101842390
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 27/12/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO LEVEMENTE AMARELADO/CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7.15 (7.05-7.25)	7,12
pH R2	9.60 (9.50-9.70)	9,62
pH R1 + R2	7.15 (7.05-7.25)	7,18
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0,007
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,875 (1,800-1,950)	1,924
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According