CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310189
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	UREIA UV WS R1 2X40ML + R2 2X10ML
LOTE / LOT:	1124712310
DATA DE FABR./MANUF. DATE	30/10/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	12/04/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	UREIA UV WS R1 40ML
LOTE / LOT:	1124722310
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	12/04/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	UREIA UV WS R2 10ML
LOTE / LOT:	1124732310
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	09/10/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, AMARELADO/CLEAR YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	LEVE ODOR DE TIOL/SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,80 (7,70-7,90)	7,78
pH R1 + R2	7,80 (7,70-7,90)	7,80
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,65
Absorbancia / Absorbance R1	0,250 (0,200-0,300)	0,242
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,850 (1,700-2,000)	1,890
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

Carolina Santana
Controle de Qualidade / Quality Control