

CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310206
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ALBUMINA WS 1X250ML
LOTE / LOT: 1094022373
DATA DE FABR./MANUF. DATE 13/09/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 22/06/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ALBUMINA MONORREAGENTE 250 ML
LOTE / LOT: A1094062372
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 22/06/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, VERDE PALHA/CLEAR, STRAW GREEN	Conforme/According
Odor / Odour	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH	4.2 (4.1-4.3)	4,11
Absorbancia / Absorbance	0.225 (0.100-0.350)	0,231
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According