

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310055  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)  
**LOTE / LOT:** 1101382477  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 28/03/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 26/12/2024

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 20ML (MIURA)  
**LOTE / LOT:** 1101392474  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 26/12/2024

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R2 15ML (MIURA)  
**LOTE / LOT:** 1101402472  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 31/05/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO A LEVEMENTE OPACO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH,SLIGHTLY OPALESCENT (1	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, AMARELO A LEVEMENTE AVERMELHADO/CLEAN, YELLOW TO SLIGHTLY REDDISH (0.000-0.030)	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	0,80 (0,7-0,9)	0,82
pH R2	0,90 (0,8-1,0)	0,93
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,002
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0,015 (0,000-0,030)	0,005
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.