

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310055
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 4 X 38,6 ML + R2 4 X 11,4 ML (RESPONS)
LOTE / LOT: 1112112461
DATA DE FABR./MANUF. DATE 28/03/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 26/12/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 38,6 ML + R2 11,4 ML
LOTE / LOT: 1112102462
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 26/12/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO A LEVEMENTE OPACO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH,SLIGHTLY OPALESCENT (1	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, AMARELO A LEVEMENTE AVERMELHADO/CLEAN, YELLOW TO SLIGHTLY REDDISH (0.000-0.030)	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	0,80 (0,7-0,9)	0,82
pH R2	0,90 (0,8-1,0)	0,93
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,002
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0,015 (0,000-0,030)	0,005
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.