

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310044
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION CK-NAC DGKC/IFCC R1 5X40ML + R2 1X50ML
LOTE / LOT: 10730524168
DATA DE FABR./MANUF. DATE 27/03/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/03/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CK-NAC DGKC/IFCC R1 40ML
LOTE / LOT: 10730324166
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/03/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CK-NAC DGKC/IFCC R2 50ML
LOTE / LOT: 10730424166
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/03/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According