

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310192  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** FERRO FERENE WS R1 1X40ML + R2 1X10ML  
**LOTE / LOT:** 1124412411  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 25/03/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 02/01/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** FERRO FERENE WS R1 40ML  
**LOTE / LOT:** 1124422412  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 03/01/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** FERRO FERENE WS R2 10ML  
**LOTE / LOT:** 1124432411  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 02/01/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO E INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOW LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	ODOR CARACTERISTICO DE ACIDO ACETICO/CHARACTERISTIC ODOUR ACETIC ACID	Conforme/According
Odor / Odour R2	FETIDO/SMELLY	Conforme/According
pH R1	4,50 (4,40-4,60)	4,47
pH R2	2,50 (2,40-2,60)	2,57
Absorbancia / Absorbance R1	0,0075 (0,000-0,015)	0,000
Absorbancia / Absorbance R2	0,025 (0,000-0,050)	0,019
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0,025 (0,000-0,050)	0,013
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According