

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310196  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** FOSFATO UV WS R1 5X40ML + R2 1X50ML  
**LOTE / LOT:** 1093512478  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 01/04/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 18/01/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** FOSFATO UV WS R1 40ML  
**LOTE / LOT:** 1093472477  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 21/01/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** FOSFATO UV WS R2 50ML  
**LOTE / LOT:** 1093462476  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 18/01/2026

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION                 | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION  | RESULTADO / RESULTS |
|---|--|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1               | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID   | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2               | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR COLOURLESS LIQUID  | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                         | PARECIDO COM DERIVADOS DE POLI-OXIDOS/SIMILAR TO POLYOXY-DERIVATIVES                       | Conforme/According  |
| Odor / Odour R2                         | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR  | Conforme/According  |
| pH R1                                   | 0.80 (0.70-0.90)   | 0,84                |
| pH R2                                   | 4.80 (4.70-4.90)   | 4,76                |
| pH R1 + R2                              | 0.90 (0.80-1.00)   | 0,96                |
| Absorbancia / Absorbance R1             | 0.025 (0.000-0.050)  | 0,011               |
| Absorbancia / Absorbance (R1 + R2) - R1 | 0.150 (0.000-0.300)  | 0,089               |
| Absorbancia / Absorbance R2             | 0.125 (0.000-0.250)  | 0,193               |
| Teste funcional / Functional test       | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.