

TopKon L



MS 80115310105

Soro controle de Lipídios
Sérum de control Lipídios

Art.: 6010003KC (1 x 3 mL)

LOT 1077792466

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent

09-2025

Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

Em caso de mudança de valores, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkon-l/>

En caso de cambio de valores, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkon-l/>

*Os limites de referência foram calculados com 3 desvios padrões.

*Los límites de referencia se calcularon con 3 desviaciones estándar.

Parâmetro Parámetro	Método Método	Equipamento Equipamento	Valor Médio Valor medio	Limites de referência* Límites de referencia*	1 SD 1 SD	Unidade Unidad
APO A1 Apolipoproteína A1	Imunoturbidimétrico Immunoturbidimétrico	Respos 910, 920 e 940	126	101 - 151	8,33	mg/dL
			1,26	1,01 - 1,51	0,083	g/L
APO B Apolipoproteína B	Imunoturbidimétrico Immunoturbidimétrico	Respos 910, 920 e 940	88,6	70,9 - 106	5,85	mg/dL
			0,886	0,709 - 1,06	0,059	g/L
COLESTEROL Colesterol total	CHOD-PAP	Respos 910, 920 e 940	176	151 - 200	8,17	mg/dL
			4,55	3,91 - 5,18	0,212	mmol/L
			1,76	1,51 - 2,00	0,082	g/L
FOSFOLIPÍDIOS Fosfolípidios Fosfolípidos	Enzimático	Respos 910	212	169 - 254	14,2	mg/dL
			2,73	2,19 - 3,28	0,182	mmol/L
			2,12	1,69 - 2,54	0,142	g/L
HDL-C Colesterol HDL	Imunoinibição Inmunoinhibición	Respos 910, 920 e 940	48,5	38,8 - 58,2	3,23	mg/dL
			1,25	1,00 - 1,50	0,083	mmol/L
	Direto, colorimétrico	Respos 910, 920 e 940	0,485	0,388 - 0,582	0,032	g/L
			46,0	36,8 - 55,2	3,07	mg/dL
	CHOD-PAP Precipitante		1,19	0,952 - 1,43	0,080	mmol/L
			0,460	0,368 - 0,552	0,031	g/L
LDL-C Colesterol LDL	Seleção homogênea Selección homogénea	Respos 910	43,5	34,8 - 52,1	2,88	mg/dL
			1,12	0,899 - 1,35	0,075	mmol/L
			0,435	0,348 - 0,521	0,029	g/L
	Direto, colorimétrico	Respos 910	100	80,2 - 120	6,63	mg/dL
			2,59	2,08 - 3,11	0,172	mmol/L
			1,00	0,802 - 1,20	0,066	g/L
	CHOD-PAP Precipitante	Respos 920 e 940	98,2	78,6 - 118	6,57	mg/dL
			2,54	2,03 - 3,05	0,170	mmol/L
			0,982	0,786 - 1,18	0,066	g/L
	Direto, colorimétrico	Respos 910	103	82,2 - 123	6,80	mg/dL
			2,66	2,12 - 3,19	0,178	mmol/L
			1,03	0,822 - 1,23	0,068	g/L
CHOD-PAP Precipitante	Respos 920 e 940	104	83,4 - 125	6,93	mg/dL	
		2,70	2,16 - 3,24	0,180	mmol/L	
		1,04	0,834 - 1,25	0,069	g/L	
Lp-PLA₂ Lipoproteína associada fosfolipase A ₂	Colorimétrico	Respos 910	117	93,6 - 140	7,73	mg/dL
			3,02	2,42 - 3,63	0,202	mmol/L
			1,17	0,936 - 1,40	0,077	g/L
NEFA Ácidos Graxos não esterificados Acidos Grasos no esterificados	Enzimático	Respos 910	335	268 - 402	22,3	U/L
			5,58	4,47 - 6,70	0,372	µkat/L
			16,2	12,9 - 19,4	1,083	mg/dL
TRIGLICERÍDEOS Triglicerídeos Trigliceridos	GPO-PAP	Respos 910, 920 e 940	0,573	0,458 - 0,687	0,038	mmol/L
			0,162	0,129 - 0,194	0,011	g/L
			100	80,1 - 120	6,65	mg/dL
			1,13	0,902 - 1,35	0,075	mmol/L
			1,00	0,801 - 1,20	0,067	g/L



Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristóvão Sardinha, 110 – Jardim Bom Retiro

São Gonçalo – RJ – Brasil

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

www.kovalent.com.br

SAC: 21 3907-2534 / 0800 015 1414 sac@kovalent.com.br