

# Controle de PCR



MS 80115310091

Art.: 4070002KC (2 x 1 mL)

## Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent

### Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

Em caso de mudança de valores e instruções de uso, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/controle-pcr/>

En caso de cambio de valores e instrucciones de uso, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/controle-pcr/>

\*Os limites de referência foram calculados com 3 desvios padrões.

\*Los límites de referencia se calcularon con 3 desviaciones estándar.

**LOT**

1077512398

Art.: 4070001C



06-2026

| Parâmetro           | Método         | Níveis  | Valor Médio | Limites de referência* |        | 1 SD | Unidade |
|---------------------|----------------|---------|-------------|------------------------|--------|------|---------|
| Parámetro           | Método         | Niveles | Valor medio | Límites de referencia* |        | 1 SD | Unidad  |
| <b>Controle PCR</b> | ERM-DA474/IFCC | 1       | 3,52        | 2,99                   | - 4,05 | 0,18 | mg/dL   |



### Kovalent do Brasil Ltda

Rua Cristóvão Sardinha, 110 - Jardim Bom Retiro

São Gonçalo - RJ - Brasil

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

Tel.: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414

E-mail: [sac@kovalent.com.br](mailto:sac@kovalent.com.br)