

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310051  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** TGP (ALAT) R1 5X40ML + R2 1X50ML  
**LOTE / LOT:** 10732624222  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 22/03/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 20/03/2025

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** TGP (ALAT) R1 40ML  
**LOTE / LOT:** 10738724205  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 21/03/2025

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** TGP (ALAT) R2 50ML  
**LOTE / LOT:** 10738824204  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 20/03/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparência / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparência / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO LEVEMENTE AMARELADO/CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,15 (7,05-7,25)	7,11
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,66
pH R1 + R2	7,15 (7,05-7,25)	7,16
Absorbância / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,009
Absorbância / Absorbance R1 + R2	1,875 (1,800-1,950)	1,890
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.