

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310051
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TGP (ALAT) R1 1X40ML + R2 1X10ML
LOTE / LOT: 1124582412
DATA DE FABR./MANUF. DATE 22/03/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 20/03/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TGP (ALAT) R1 40ML
LOTE / LOT: 1124592412
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 21/03/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TGP (ALAT) R2 10ML
LOTE / LOT: 1124602412
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 20/03/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO LEVEMENTE AMARELADO/CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,15 (7,05-7,25)	7,11
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,66
pH R1 + R2	7,15 (7,05-7,25)	7,16
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,009
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,875 (1,800-1,950)	1,890
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.