

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310041
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION UREIA UV R1 3X26,67ML + R2 1X20ML + 1X3ML PADRAO
LOTE / LOT: 112048245
DATA DE FABR./MANUF. DATE 09/04/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 25/07/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE UREIA 3ML
LOTE / LOT: 10725623150
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 15/12/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: UREIA UV R1 26,67ML
LOTE / LOT: 112060245
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 25/07/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: UREIA UV R2 20ML
LOTE / LOT: 112061245
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 17/01/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, AMARELADO/CLEAR YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	LEVE ODOR DE TIOL/SLIGHT SMELL THIOLE	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,80 (7,70-7,90)	7,80
pH R1 + R2	7,80 (7,70-7,90)	7,81
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,57
Absorbancia / Absorbance R1	0,250 (0,200-0,300)	0,242
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,850 (1,700-2,000)	1,954
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.