

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310046  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** ACIDO URICO R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO  
**LOTE / LOT:** 10708524204  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 22/04/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 22/02/2025

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** PADRAO DE ACIDO URICO 3ML  
**LOTE / LOT:** 10731323127  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 22/02/2025

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** ACIDO URICO R1 200ML  
**LOTE / LOT:** 10718624150  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 17/09/2025

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** ACIDO URICO R2 50ML  
**LOTE / LOT:** 10718724137  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 18/09/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LÍQUIDO LIMPIDO INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍQUIDO LIMPIDO AMARELO PALHA A MARROM PALHA/CLEAR LIQUID, STRAW YELLOW TO STRAW BROWN LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,0 (6,9-7,1)	7,05
pH R2	7,0 (6,9-7,1)	7,03
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,0017
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0,025 (0,000-0,050)	0,033
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.