

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310206
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ALBUMINA WS 2X20ML
LOTE / LOT: 1124122412
DATA DE FABR./MANUF. DATE 03/04/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 28/12/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ALBUMINA MONORREAGENTE 20 ML WS
LOTE / LOT: 1124112412
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 28/12/2025

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Aparencia / Appearance | LIMPIDO, VERDE PALHA/CLEAR, STRAW GREEN | Conforme/According |
| Odor / Odour | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH | 4,2 (4,1-4,3) | 4,21 |
| Absorbancia / Absorbance | 0,225 (0,100-0,350) | 0,256 |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.