

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310206
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ALBUMINA WS R1 4 X 38,6 ML (RESPONS)
LOTE / LOT: 1112292438
DATA DE FABR./MANUF. DATE 03/04/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 28/12/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ALBUMINA MONORREAGENTE 38,6 ML WS (RESPONS)
LOTE / LOT: 1112282437
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 28/12/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, VERDE PALHA/CLEAR, STRAW GREEN	Conforme/According
Odor / Odour	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH	4,2 (4,1-4,3)	4,21
Absorbancia / Absorbance	0,225 (0,100-0,350)	0,256
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.