

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310048  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** BILIRRUBINA DIRETA R1 5X40ML + R2 1X50ML  
**LOTE / LOT:** 10710124167  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 19/04/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 24/09/2025

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** BILIRRUBINA DIRETA R1 40ML  
**LOTE / LOT:** 10720524165  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 24/09/2025

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** BILIRRUBINA DIRETA R2 50ML  
**LOTE / LOT:** 10720824163  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 03/10/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	1.10 (1-1.2)	1,17
pH R2	0.1 (0-0.2)	0,17
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0-0.03)	0,0003
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.015 (0-0.03)	0,002
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.