

## CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310040  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION COLESTEROL CHOD PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO  
LOTE / LOT: 10708723169  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 17/10/2023  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/08/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE COLESTEROL 3ML  
LOTE / LOT: 1072532396  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/08/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: COLESTEROL MONORREAGENTE 250ML  
LOTE / LOT: 10719023161  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/10/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO ROSADO/CLEAR, PINK LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	6.70 (6.60-6.80)	6,71
Absorbancia / Absorbance	0.015 (0.000-0.030)	0,007
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According