

## CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310195  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION COLESTEROL WS 6X30 ML  
LOTE / LOT: 1101492369  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 17/10/2023  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/10/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: COLESTEROL WS 30ML (MIURA)  
LOTE / LOT: 1101502368  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/10/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Apárencia / Appearance	LIMPIDO ROSADO/CLEAR, PINK LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	6.70 (6.60-6.80)	6,71
Absorbância / Absorbance	0.015 (0.000-0.030)	0,007
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According