

## Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310057  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION CREATININA R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO  
LOTE / LOT: 10708924295  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 29/04/2024  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 22/12/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE CREATININA 3ML  
LOTE / LOT: 10735523202  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 22/12/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CREATININA R1 200ML  
LOTE / LOT: 10719124235  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 28/02/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CREATININA R2 50ML  
LOTE / LOT: 10719424202  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 15/02/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO AMARELO/CLEAR, YELLOW	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	13.0 (12.90-13.10)	12,93
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0,00033
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.150 (0.120-0.180)	0,1463
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According