

## CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310256  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION FERRO R1 3X20ML + R2 1X15ML + 1X3ML PADRAO  
LOTE / LOT: 1118072360  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 09/10/2023  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/03/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: FERRO R1 20ML  
LOTE / LOT: 1118082329  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/08/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: FERRO R2 15ML  
LOTE / LOT: 1118092332  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/07/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE FERRO 3ML  
LOTE / LOT: 1118102324  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/03/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO E INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOW LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	ODOR CARACTERISTICO DE ACIDO ACETICO/CHARACTERISTIC ODOUR ACETIC ACID	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL	Conforme/According
Odor / Odour R2	FETIDO/SMELLY	Conforme/According
pH R1	4.50 (4.40-4.60)	4,50
pH R2	2.50 (2.40-2.60)	2,53
Absorbancia / Absorbance R1	0.0075 (0.000-0.015)	0,0020
Absorbancia / Absorbance R2	0.025 (0.000-0.050)	0,0200
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.025 (0.000-0.050)	0,0140
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According