

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310254  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** GAMA GT R1 3X20ML + R2 1X15ML  
**LOTE / LOT:** 1117902454  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 13/05/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 24/05/2025

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** GAMA GT R1 20ML  
**LOTE / LOT:** 1117912443  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 27/05/2025

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** GAMA GT R2 15ML  
**LOTE / LOT:** 1117922443  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 24/05/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO E AMARELADO/CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	8.28 (8.18-8.38)	8,27
pH R2	6.00 (5.90-6.10)	6,01
pH R1 + R2	8.25 (8.15-8.35)	8,25
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0,001
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.550 (0.450-0.650)	0,554
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.