

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310038  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** GLICOSE GOD-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO  
**LOTE / LOT:** 10709124216  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 25/04/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 19/01/2026

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** PADRAO DE GLICOSE 3ML  
**LOTE / LOT:** 10725523132  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 19/01/2026

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** GLICOSE MONORREAGENTE 250ML  
**LOTE / LOT:** 10719524207  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 05/04/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, ROSA/CLEAR, PINK	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	7.5 (7.4-7.6)	7,49
Absorbancia / Absorbance	0.025 (0.000-0.050)	0,015
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According