

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310204
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION GLICOSE WS 3X40ML
LOTE / LOT: 112453247
DATA DE FABR./MANUF. DATE 05/04/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/12/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: GLICOSE WS MONORREAGENTE 40ML
LOTE / LOT: 112454247
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/12/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, ROSA/CLEAR, PINK	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	7,5 (7,4-7,6)	7,55
Absorbancia / Absorbance	0,025 (0,000-0,050)	0,004
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.