

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310204  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** GLICOSE WS 4X43,6ML (RESPONS)  
**LOTE / LOT:** 1111852453  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 25/04/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 05/04/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** GLICOSE MONORREAGENTE 43,6ML  
**LOTE / LOT:** 1111862451  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 05/04/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, ROSA/CLEAR, PINK	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	7.5 (7.4-7.6)	7,49
Absorbancia / Absorbance	0.025 (0.000-0.050)	0,015
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.